



ABL90 FLEX PLUS

Yearly maintenance kit

905-972

ABL90 FLEX PLUSではあらゆる使用環境に対応する耐久性の高いパーツを採用していますが、性能維持の為に摩耗パーツを定期的に交換する事を推奨しております

イヤリーメンテナンスキットは、装置を常に最良の状態に保つため、経時摩耗が想定されるパーツにより構成されております

Yearly maintenance kit ABL90 FLEX PLUS

構成内容：

ホルダ付きインレットガスケット/インレットコネクタガスケット/バルブチューブ/排液チューブ

ABL90 FLEX PLUS専用の1年メンテナンスキットです

装置のパフォーマンスを維持するために1年に1度の交換を推奨しています



ABL90 FLEX PLUS システム
届出番号：13B2X00079000014

ホルダ付インレットガスケット

サンプル吸引部であり、測定件数にも依存しますが経時的摩耗が発生しやすいパーツとなります。
分析装置のパフォーマンスを維持するために、1年に1度の交換を推奨致します。

インレットコネクタガスケット

インレット部と装置の間に配置しており、測定件数にも依存しますが可動部の為、経時的摩耗が発生しやすいパーツとなります。
分析装置のパフォーマンスを維持するために、1年に1度の交換を推奨致します。

バルブチューブ

測定毎に稼働するピンチバルブにより、バルブチューブを挟み、固定することで、流路内の圧力を保ちます。
測定件数にも依存しますが経時的摩耗が発生しやすいパーツとなります。
分析装置のパフォーマンスを維持するために、1年に1度の交換を推奨致します。

排液チューブ

サンプルが排液されるチューブとなります。
排液の詰まり、経時的摩耗が発生しやすいパーツであり、1年に1度の交換を推奨致します

ラジオメーター株式会社

本 社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 TEL(03)4331-3500

営業所

東 京 TEL(03)4331-3555
札 幌 TEL(011)746-3390
仙 台 TEL(022)268-3008
長 野 TEL(026)223-6855
金 沢 TEL(076)231-4455
名古屋 TEL(052)934-2711

大 阪 TEL(06)6350-2000
広 島 TEL(082)568-6355
高 松 TEL(087)815-1551
福 岡 TEL(092)433-0335
鹿児島 TEL(099)227-9383

www.acute-care.jp

www.radiometer.co.jp